

RETURN SHIPMENT FORM

Ship back goods in original-box only!

Bitte in Kopie mit der Rücksendung beilegen / please attach form to the return part
Bitte Kopie an Eurolyser Diagnostica GmbH faxen / please fax a copy to Eurolyser Diagnostica GmbH
Fax-Nr: +43 662 432100-50

Absender / Shipper:

Email:

Tel / phone:

Geräte Bezeichnung / Instrument Description:

Instrumenten Serien Nr. / Instrument Serial No.:

Tablet PC mitgeliefert / Tablet PC included:

Tablet PC

Tablet PC Serien Nr. / Tablet PC Serial No.:

Lieferdatum / Delivery date:

Rücklieferdatum / Redelivery date:

Grund der Rücksendung / Reason of return shipment:

Fehllieferung / Mistaken shipment

Reparatur / Repair

Garantie/ Warranty

Refurbishing

Gutschrift / Credit

Sonstige / Other:

Kostenvoranschlag / Cost estimate

Ersatz / Replacement

Mitgeliefert / included:

Tablet Halter / Tablet Stand

Test-Kit Ständer / Test-Kit Rack

Stromkabel / Power Supply Wire

Netzteil / Power Supply

CD

Kurzanleitung / Quick Reference

Verpackung laut Anleitung auf Seite 2 / Packaging according to instructions on page 2: Durchgeführt / Done

Fehlerbeschreibung und/oder durchgeführte Maßnahmen / Description of failure and/or remedies taken:

Name und Unterschrift Sachbearbeiter Kunde / Name and Signature person in charge customer:

Name und Unterschrift Sachbearbeiter Eurolyser / Name and Signature person in charge Eurolyser:

Bemerkungen / remarks:

Eurolyser Return No.:

(for intern use only)

HINWEIS: Alle Kosten des Transports vom Kunden zu Eurolyser Diagnostica GmbH sind vom Kunden zu tragen.


NOTE: All costs associated with the transport of the device from customer site to Eurolyser Diagnostica GmbH are on the customers account.

CUBE Transportsicherung

Wichtig: Bevor das Instrument verpackt werden kann, muss der weiße Transport Lock im Türbereich eingesetzt werden!

CUBE Transport Lock

Important: Please remember to reinsert the white transport lock into the CUBE Instrument door before repacking!



WARNUNG: Das falsche Verpacken und / oder die Benutzung nicht geeigneter Verpackung kann das Instrument beim Transport erheblich beschädigen!


WARNING: Wrong packing and/or the use of inappropriate packaging can cause severe damage to the instrument when transported!

CUBE Verpackungsanleitung

Bitte verpacken Sie die CUBE Instrument Bestandteile in der originalen Verpackung entsprechend der folgenden Illustration:

CUBE Packaging instructions

Please repack the CUBE Instrument contents in the original packaging according to the following illustration before sending in:



1. Tablet Halter
2. Test-Kit Ständer
3. Stromkabel
4. Netzteil
5. CUBE Instrument

Hinweis: Der CUBE Tablet PC ist in einer eigenständigen Verpackung zu liefern, wenn dies nötig ist.

1. Tablet Stand
2. Test-Kit Rack
3. Power Supply Wire
4. Power Supply
5. CUBE Instrument

Note: The CUBE Tablet PC is to be delivered in a separate package and must be returned in this if necessary.